報告書（Report）ハイテク　No.83

平成 28 年 4 月 22 日

放射能測定結果報告書

Report on Radioactivity Measurements

株式会社 中郷屋　様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director

平成 28 年 4 月 22 日付で依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。
The radioactivity measurements of the sample that requested in 22 April, 2016 are as follows:

品　名 Sample Name	杉檜茶			
製造年月日　または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	2016 年 4 月 1 日			
結　果 Results	放射性セシウム (Cs-134＋Cs-137)	検出せず（＜１２）		Bq/kg
	参　考	Cs-134	検出せず（＜６．２）	Bq/kg
		Cs-137	検出せず（＜６．１）	Bq/kg
		放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず（＜５．８）	Bq/kg
測　定　器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置（GC3020）			
測　定　方　法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」（平成 24 年 3 月 15 日） 文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー」			
測　定　条　件 Measurement Conditions	・検体重量：　126g　　・測定時間：　2000 秒 ・容　　器：　0.7L マリネリ容器			
測　定　場　所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ			
測　定　日 Measurement Date	平成 28 年 4 月 22 日			
備　考 Remarks	（＜　　）の数値は検出限界値です。			